Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Ventilômetro/ Respirômetro

Item

10294

Sinônimos

Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Aparelho para medição do volume corrente de ar expirado. Utilizado para medir o volume corrente, volume minuto, dentre outros parâmetros respiratórios.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 15.369,00

*Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):
Determinar material construtivo, considerar resistência à oxidação / corrosão; definir tipo (aneroide/eletrônico). Determinar, quando aplicável: Faixa mínima aproximada do indicador principal "litros/min"; faixa mínima aproximada do indicador complementar "litros/min"; maleta ou protetor para acondicionamento do Equipamento e partes / conexões necessárias à instalação.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
AAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	http://www.aamed.com.br	(11)50491444

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**